## 什 様 書

- 1. 物品名 自動体外式除細動器(AED)【赤羽小学校】
- 2. 納入場所 紀北町立 赤羽小学校
- 3. 納入期限 平成24年 3月30日まで
- 4. 品名および台数
- (1) 品名 AED (自動体外式除細動器)
- (2) 台数 1台
- (3) 付属品 本体に付属する装置等は、次のとおりとする。(1 台につき)

①キャリングケース

1台 ②バッテリー

1個

③成人用電極パッド

2組 ④小児用電極パッド 1組

⑤ A E D 収納ボックス (壁掛設置タイプ)

1台

⑥AED設置表示シール 1枚 ⑦取扱説明書(日本語)

1部

⑧AED収納ボックス及びAED設置表示シール取り付け 1式

## 5. 条件

- AED 本体が乳児を含めた未就学時(小児)への使用を認可された機種である事。 (1)
- (2)機器本体及び使用するパッドは医療用具(除細動器)として薬事法上の承認を得ていること。
- (3)新品であること。
- バッテリーは乾電池方式で作動し、バッテリーの寿命はAED に装着したスタンバイ状態でおお (4)むね4年以上、ショック回数換算で140回以上に相当するものであること。(※充電式バッテリ ーは不可とする)
- 通電波形は、二相波形式であること。 (5)
- (6) 『わが国のあたらしい救急蘇生ガイドライン2010』に適合する機器で、AED本体に日本 語による音声ガイダンス機能を搭載していること。
- バッテリー等、毎日セルフテストを行う機能があること。 (7)
- 人体にパッドがしっかり貼られていない時には音声等で知らせる機能があること。 (8)
- (9)予備の成人用電極や小児用電極に変更する場合は容易に交換ができること。
- (10) 保証期間はAED 本体の納入後5年以上であること。通常使用で本体が故障した場合には本体 を入替交換することで迅速な修理対応とすること。ただし、消耗品の電極やバッテリーなど の消耗品は除く。また、保障期間経過後であっても修繕やアフターサービス等について誠意 をもって行うこと。
- (11) 小型軽量、携帯可能であること。
- (12) 納入期限までに各施設において説明会を1回以上実施すること。

## 6. その他

- (1)搬入搬出 搬入搬出の日時等については、設置場所の担当職員の指示によることとする。また 搬入搬出に係る費用及び調整に要する一切の経費等は落札業者負担とする。
- 設置取付に要する一切の経費等は落札業者負担とする。 (2) 設置取付
- (3) 回収処理料 納入時に不要となる関連機器等を適切に収集運搬、廃棄すること。その処理費用等 に要する一切の経費等は落札業者負担とする。